

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: MSCCult II Primary

Ngày sản xuất: 03/04/2023

Product Name

Manufacture Date

Mã sản phẩm/Product Code: 295

Hạn sử dụng/ Expiration Date: 03/04/2024

Số lô/Lot No: 295010423

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATTIONS		
	NGƯỠNG TỐI THIỆU/MIN	NGƯỠNG TỐI ĐA/MAX	KẾT QUẢ RESULTS
Vô trùng/Sterility	0 CFU		0 CFU
Mycoplasma (*)	Âm tính/ Negative		Âm tính/ Negative
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)	≤ 1		0,160
pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)	7,2	8,2	7,77
Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/Osmolality	286	356	312
Thử nghiệm trên tế bào gốc trung mô/ Mesenchymal stem cell culture assay	Khả năng bám trái/ Adhension ability	Có/ Yes	Có/ Yes
	Cơ tròn/ Bong tróc/ Peeling/ Shrink phenomenon	Không/ No	Không/ No
	Khả năng tăng sinh/ Proliferation ability	Có/ Yes	Có/ Yes
Màu sắc/ Color	Đỏ hồng- Trong suốt/ Red Pink-Clear		Đỏ hồng- Trong suốt/ Red Pink-Clear
Thể tích (ml)/ Volume	99	101	100

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO IEC 17025:2017 được đánh dấu (*) Test specifications accredited by ISO IEC 17025:2017 marked with (*)

TL. Viện trường Viện Tế Bào Gốc

Trưởng phòng trung tâm đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm

By order of the Director of the Institute Center for Innovation and Pilot

Production Manager

Tổ QC/QC Department

Phan Thị Diễm My



Phan Bích Ngọc

Lưu ý/Note: Sản phẩm này CHỈ sử dụng cho sản xuất hoặc nghiên cứu/ This product ONLY is used for manufacturing or research. Để được hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ Email: contact@sci.edu.vn hoặc Điện thoại: +84 86 9 203 153

For Technical Assistance, please email to contact@sci.edu.vn or tel: +84 86 9 203 153