

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: CRYOSAVE I
Product Name

Mã sản phẩm/ Product Code: 136
Số lô/ Lot Number: 136010225

Ngày sản xuất: 07/02/2025
Manufacture Date

Hạn sử dụng/ Expiration Date:

12 tháng kể từ NSX nếu bảo quản ở nhiệt độ từ -20°C đến dưới 0°C/ 12 months from MFG if stored at -20°C to below 0°C
02 tháng kể từ NSX nếu bảo quản ở nhiệt độ từ 0°C đến 8°C/ 02 months from MFG if stored at 0°C to 8°C

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility	0 CFU		0 CFU
Mycoplasma (*)	Âm tính/ Negative		Âm tính/ Negative
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin	≤ 1		0,113
pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)	6,5	7,4	7,26
Tỉ lệ tế bào gốc trung mô sống sau đông lạnh/ rã đông/ Mesenchymal stem cell viability ratio after cryopreservation/ thawing	≥85%		Đạt Passed
Màu sắc/ Color	Vàng hồng- Trong suốt Yellow- Pink		Vàng hồng- Trong suốt Yellow- Pink
Thể tích (ml)/ Volume	99	101	100

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)

Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department



CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm

Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS/ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bich Ngoc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh trung, Tp. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn