

Giấy chứng nhận chất lượng có thể tải tại biomedmart.orgThis certificate can be downloaded at biomedmart.org

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Biothérapie Beaute PRP

Product Name

Ngày sản xuất: 10/04/2025

Manufacture Date

Mã sản phẩm/ Product Code: 840**Hạn sử dụng: 10/04/2028**

Expiration Date

Số lô/ Lot Number: 840010425

| THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD | TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|
| | Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold | Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold | Kết quả/ Results |
| Vô trùng/Sterility | 0 CFU | | 0 CFU |
| Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*) | ≤1 | | 0,031 |
| Cảm quan/ Appearance | Đạt/ Passed | | Đạt/ Passed |
| Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%)/ Platelet recovery efficiency | ≥80% | | Đạt/ Passed |
| Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ Plasma volume | 5 | 7 | 6,2 |

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

Phòng kiểm tra chất lượng/

Quality Control Department

CN/ BSc. **Phan Thi Diem My****TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute****Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm**

Center for Innovation and Pilot Production Manager

PGS. TS./ (Assoc. Prof. Dr.) **Vu Bích Ngọc**

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh trung, Tp. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn