



BIOTHÉRAPIE
INSTITUT DE MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Ống thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu

Product Name: Platelet-Rich Plasma collection tube

Chủng loại/ Type: Biothérapie Beauté PRP

Mã sản phẩm/ Product Code: 840

Số lô/ Lot Number: 840010625

Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 30/06/2025

Hạn sử dụng/ Shelflife: 30/06/2028

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)	≤1		<0,017(Passed)
Cảm quan/ Appearance	Đạt/ Passed		Đạt/ Passed
Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%) / Platelet recovery efficiency	≥80%		Đạt/ Passed
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml) / Plasma volume	5	7	Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

Phòng kiểm tra chất lượng/


Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm

Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS.TS./ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bich Ngoc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Building, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn