

Giấy chứng nhận chất lượng có thể tải tại [biomedmart.org](http://biomedmart.org)This certificate can be downloaded at [biomedmart.org](http://biomedmart.org)

# GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Tên sản phẩm: Biothérapie LP- PRP**  
Product Name

**Ngày sản xuất: 07/03/2025**  
Manufacture Date

**Mã sản phẩm/ Product Code: 809**

**Hạn sử dụng: 07/03/2028**  
Expiration Date

**Số lô/ Lot Number: 809010325**

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility	0 CFU		0 CFU
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin	≤1		<0,017
Cảm quan/ Appearance	Đạt/ Passed		Đạt/ Passed
Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%) / Platelet recovery efficiency	≥80%		Đạt/ Passed
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ Plasma volume	5	7	6,7

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (\*)  
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with \*

**Phòng kiểm tra chất lượng/**  
Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

**TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute**

**Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm**

Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS. (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh trung, Tp. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam  
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCM City  
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: [contact@sci.edu.vn](mailto:contact@sci.edu.vn)