



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Ống thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu

Product Name: Platelet-Rich Plasma collection tube

Chủng loại/ Type: Biothérapie Pure-PRP

Mã sản phẩm/ Product Code: 808

Số lô/ Lot Number: 808031025

Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 14/10/2025

Hạn sử dụng/ Shelflife: 14/10/2028

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô khuẩn/Sterility	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin*	≤1		<0,017(Passed)
Cảm quan/ Appearance	Đạt/ Passed		Đạt/ Passed
Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%)/ Platelet recovery efficiency	≥70%		Đạt/ Passed
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ Plasma volume	5	7	Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

Phòng kiểm tra chất lượng/

Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm

Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS./ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Building, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City

Điện thoại/ Telephone: (+84-28) 36 36 12 06; Email: contact@sc1.edu.vn