



## GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Tên sản phẩm: Bộ thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu**

*Product Name: Platelet-Rich plasma collection Kit*

**Chủng loại/ Type: 5-PRP KIT**

**Mã sản phẩm/ Product Code: 146**

**Số lô/ Lot Number: 146020326**

**Ngày sản xuất: 13/03/2026**

*Manufacture Date*

**Hạn sử dụng: 13/01/2027**

*Expiration Date*

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		Kết quả/ Results
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	
Vô trùng/Sterility	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin*	≤1		<0,017 (Passed)
Màu sắc/ Color	Vàng sáng/ Ligh Yellow		Đạt/ Passed
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ Plasma volume	5	7	Đạt/ Passed
Tổng lượng huyết tương thu được/ tube (ml)/ Total blood volume collected/ tube	10	10,5	Đạt/ Passed
Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%) / Platelet recovery efficiency	≥70%		Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (\*)

*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with \**

**Phòng kiểm tra chất lượng/**

*Quality Control Department*

**CN/ BSc. Phan Thi Diem My**

**TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute**

**Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm**

*Center for Innovation and Pilot Production Manager*



**PGS. TS. (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc**

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam

*B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City*

Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn