



# GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Tên sản phẩm: Bộ phân tách tế bào từ máu**

*Product Name: Cell separator from blood*

**Số lô/ Lot Number: 105020526**

**Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 14/05/2026**

**Chủng loại/ Type: MNC Extraction kit**

**Hạn sử dụng/ Shelflife: 05/05/2027**

**Mã sản phẩm/ Product Code: 105**

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD		TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
		Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility		Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)	Separation Medium	≤ 1		<0,017 (Passed)
	Clean- up Medium			0,105 (Passed)
	Dilute Medium			0,135 (Passed)
	Washing Buffer			0,133 (Passed)
pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)	Separation Medium	5,5		6,64 (Passed)
	Clean- up Medium			6,97 (Passed)
	Dilute Medium			7,01 (Passed)
	Washing Buffer			7,19 (Passed)
Màu sắc/ Color	Trong suốt- không màu/ Clear			Đạt/ Passed
Thể tích (ml)/ Volume	Separation Medium	99		Đạt/ Passed
	Clean- up Medium			Đạt/ Passed
	Dilute Medium			Đạt/ Passed
	Washing Buffer			Đạt/ Passed
	ACD-A			9ml/ ống (10 ống) 9ml/ Tube (10 Tube)

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (\*)

*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with \**

**Phòng kiểm tra chất lượng/**

*Quality Control Department*

**CN. Phan Thi Diem My**

**TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/**

*By order of the Director of Stem Cell Institute*

**Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm/**

*Center for Innovation and Pilot Production Manager*



**PGS. TS. Vu Bich Ngoc**

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam

*B2-3 Building, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City*

Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn