



# GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Tên sản phẩm: Dung dịch rửa tế bào***Product Name: Cell washing solution***Chủng loại/ Type: Washing buffer****Mã sản phẩm/ Product Code: 150****Số lô/ Lot Number: 150010726****Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 14/07/2026****Hạn sử dụng/ Shelflife: 24 tháng/ 24 months**

| THỬ NGHIỆM/<br>PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM<br>TEST/METHOD | TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS              |                                     |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                      | Ngưỡng tối thiểu/<br>Minimum threshold | Ngưỡng tối đa/<br>Maximum threshold | Kết quả/ Results |
| Vô trùng/Sterility                                   | Âm tính/ Negative                      |                                     | Đạt/ Passed      |
| Mycoplasma (*)                                       | Âm tính/ Negative                      |                                     | Đạt/ Passed      |
| Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)                    | ≤ 1                                    |                                     | 0,036 (Passed)   |
| Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/ Osmolality              | 286                                    | 356                                 | 294 (Passed)     |
| pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)                    | 6,5                                    | 7,5                                 | 7,17 (Passed)    |
| Màu sắc/ Color                                       | Trong suốt- Không màu<br>Clear         |                                     | Đạt/ Passed      |
| Thể tích (ml)/ Volume                                | 495                                    | 505                                 | Đạt/ Passed      |

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (\*)

Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with \*

**Phòng kiểm tra chất lượng/***Quality Control Department***CN/ BSc. Phan Thi Diem My****TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute****Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm***Center for Innovation and Pilot Production Manager***PGS. TS/ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bich Ngoc**

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam

B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City

Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn