



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Bộ phân tách tế bào từ mô

Product Name: Tissue dissociation kit

Ngày sản xuất: 27/07/2026

Manufacture Date

Chủng loại/ Type: CELL EXTRACTION KIT

Hạn sử dụng/ Shelflife: 02/06/2027

Mã sản phẩm/ Product Code: 101

Số lô/ Lot Number: 101010726

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD		TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
		Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility		Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Áp suất thẩm thấu (mosmol/kg)/ Osmolality	CE Extraction Buffer	280	330	294 (Passed)
	CE Washing Buffer			296 (Passed)
pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)	CE Extraction Buffer	7,0	8,2	8,13
	CE Washing Buffer	7,0	7,8	7,73
Nồng độ protein tổng số (mg/ml) Total protein concentration		>0,5		1,026 (Passed)
Thể tích/ Volume (ml)	CE Extraction Buffer	25±1%		Đạt/ Passed
	CE Washing Buffer	100±1%		Đạt/ Passed
	Super Digest	2,5±1%		Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)

Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm/

Center for Innovation and Pilot Production Manager

Phòng kiểm tra chất lượng/

Quality Control Department

CN/BSc. Phan Thi Diem My



PGS. TS. (Assoc. Prof. Dr) Vu Bich Ngoc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam

B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City

Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn