Regenmedlab

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Kit thu nhận chế phẩm từ máu
Product Name: Blood product collection kit

Chủng loại/ *Type*: **RGML PRP KIT**

Mã sản phẩm/ *Product Code*: **148**

Số lô/ *Lot Number*: **148010626**

Ngày sản xuất: **25/06/2026**
Manufacture Date
Hạn sử dụng: **25/04/2027**
Expiration Date

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM *TEST/METHOD*	TIÊU CHUẨN/*SPECIFICATIONS*		
	Ngưỡng tối thiểu/ *Minimum threshold*	Ngưỡng tối đa/ *Maximum threshold*	Kết quả/ *Results*
Vô trùng/*Sterility*	Âm tính/ *Negative*		Đạt/ *Passed*
Nội độc tố (EU/ml)/ *Endotoxin**	≤1		<0,023 (*Passed*)
Màu sắc/ *Color*	Vàng sáng/ *Ligh Yellow*		Đạt/ *Passed*
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ *Plasma volume*	5	7	Đạt/ *Passed*

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with **

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc*/By order of the Director of Stem Cell Institute*

Phòng kiểm tra chất lượng/

Quality Control Department

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm

Center for Innovation and Pilot Production Manager

VIỆN TẾ BÀO GỐC
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CN/ *BSc.* ***Phan Thi Diem My***

PGS. TS. *(Assoc. Prof. Dr.)* ***Vu Bich Ngoc***

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn