



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Bộ nuôi cấy tế bào diệt tự nhiên
Product Name: Natural Killer cell culture kit

Số lô/ Lot Number: 298010826

Chủng loại/ Type: NK Cult Kit

Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 10/08/2026

Mã sản phẩm/ Product Code: 298

Hạn sử dụng/ Expiration Date: 31/12/2026

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD		TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
		Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility		Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Mycoplasma (*)	NK Cult Basal	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)	NK Cult Basal	≤ 0,5		<0,023 (Passed)
Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/Osmolality	NK Cult Basal	280	360	318 (Passed)
pH (tại 20-25°C) pH (at 20-25°C)	NK Cult Basal	7,0	7,8	7,40 (Passed)

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute
Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm
Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS. (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn