



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Dung dịch rửa tế bào
Product Name: Cell washing solution

Số lô/ Lot Number: 163010826

Chủng loại/ Type: PBS 1X

Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 05/08/2026

Mã sản phẩm/ Product Code: 163

Hạn sử dụng/ Shelflife: 24 tháng/ 24 months

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility	Âm tính/ Negative		Âm tính/ Negative
Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/Osmolality	265	310	277 (Passed)
pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)	7,2	7,7	7,37 (Passed)
Màu sắc/ Color	Trong suốt, không màu Clear		Đạt/ Passed
Thể tích (ml)/ Volume	495	505	Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with **

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute
Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm
Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS. (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn