



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Môi trường nuôi tế bào gốc trung mô
Product Name: Mesenchymal stem cell culture medium

Số lô/ Lot Number: 602010526

Chủng loại/ Type: MSCCult OTS Zero KIT

Ngày sản xuất: 26/05/2026

Manufacture Date

Mã sản phẩm/ Product Code: 602

Hạn sử dụng/ Shelflife: 28/02/2027

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD	TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
	Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Mycoplasma (*)	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)	≤ 0,5		0,053 (Passed)
Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/ Osmolality	280	330	317 (Passed)
Màu sắc/ Color	Ánh hồng nhạt, trong suốt Clear, pale pink solution		Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with **

Phòng kiểm tra chất lượng/

Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm

Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS/ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Building, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn