



# GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**Tên sản phẩm:** Bộ thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu

*Product Name:* Platelet-Rich Plasma collection tube

**Chủng loại/ Type:** Biothérapie Pure-PRP Kit

**Mã sản phẩm/ Product Code:** 800

**Số lô/ Lot Number:** 800010826

**Ngày sản xuất/ Manufacture Date:** 12/08/2026

**Hạn sử dụng/ Shelflife:** 12/04/2027

| THỬ NGHIỆM/<br>PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM<br>TEST/METHOD                       | TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS              |                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                                            | Ngưỡng tối thiểu/<br>Minimum threshold | Ngưỡng tối đa/<br>Maximum threshold | Kết quả/ Results |
| Vô khuẩn/Sterility                                                         | Âm tính/ Negative                      |                                     | Đạt/ Passed      |
| Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin*                                             | ≤1                                     |                                     | <0,023(Passed)   |
| Cảm quan/ Appearance                                                       | Đạt/ Passed                            |                                     | Đạt/ Passed      |
| Tổng thể tích máu thu được/ ống<br>Total blood volume collected/ tube (ml) | 10                                     | 10,5                                | Đạt/ Passed      |
| Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%) / Platelet recovery efficiency              | ≥70%                                   |                                     | Đạt/ Passed      |
| Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml) / Plasma volume                    | 5                                      | 7                                   | Đạt/ Passed      |

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (\*)  
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with \*

**Phòng kiểm tra chất lượng/**

Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

**TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute**

**Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm**

Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS/ Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam  
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City  
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn