



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Môi trường nuôi tế bào gốc
trung mô
Product Name: Mesenchymal stem cell culture medium
Chủng loại/ Type: MSCCult II
Mã sản phẩm/ Product Code: 296
Số lô/ Lot Number: 296050926

Ngày sản xuất: 04/09/2026
Manufacture Date
Hạn sử dụng/Shelflife:
12 tháng kể từ NSX nếu bảo quản ở nhiệt độ từ -20°C
đến dưới 0°C/ 12 months from MFG if stored at -20°C to
below 0°C
02 tháng kể từ NSX nếu bảo quản ở nhiệt độ từ 0°C
đến 8°C/ 02 months from MFG if stored at 0°C to 8°C

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD		TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
		Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility		Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Mycoplasma (*)		Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)		≤ 1		0,221 (Passed)
Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/Osmolality		286	356	312 (Passed)
pH (tại 20-25°C)/ pH (at 20-25°C)		7,2	8,2	7,68 (Passed)
Thử nghiệm trên tế bào gốc trung mô/ Mesenchymal stem cell culture assay	Khả năng bám trải/ Adhesion ability	Có/ Yes		Có/ Yes
	Co tròn/ Bong tróc Peeling/ Shrink phenomenon	Không/ No		Không/ No
	Khả năng tăng sinh/ Proliferation ability	Có/ Yes		Có/ Yes
Màu sắc/ Color		Đỏ hồng- Trong suốt/ Red Pink-Clear		Đạt/ Passed
Thể tích (ml)/ Volume		495	505	Đạt/ Passed

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with *

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute
Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm
Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS./ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bích Ngọc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn