



GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Bộ nuôi cấy tế bào diệt tự nhiên
Product Name: Natural Killer cell culture kit

Số lô/ Lot Number: 298030926

Chủng loại/ Type: NK Cult Kit

Ngày sản xuất/ Manufacture Date: 28/09/2026

Mã sản phẩm/ Product Code: 298

Hạn sử dụng/ Expiration Date: 15/02/2027

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TEST/METHOD		TIÊU CHUẨN/SPECIFICATIONS		
		Ngưỡng tối thiểu/ Minimum threshold	Ngưỡng tối đa/ Maximum threshold	Kết quả/ Results
Vô trùng/Sterility		Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Mycoplasma (*)	NK Cult Basal	Âm tính/ Negative		Đạt/ Passed
Nội độc tố (EU/ml)/ Endotoxin (*)	NK Cult Basal	≤ 0,5		<0,023 (Passed)
Áp suất thẩm thấu (mOsm/kg)/Osmolality	NK Cult Basal	280	360	321 (Passed)
pH (tại 20-25°C) pH (at 20-25°C)	NK Cult Basal	7,0	7,8	7,47 (Passed)

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with **

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc/By order of the Director of Stem Cell Institute

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm
Center for Innovation and Pilot Production Manager



PGS. TS./ (Assoc. Prof. Dr.) Vu Bich Ngoc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Building, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn