Regenmedlab

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Bộ thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu
Product Name: Platelet-Rich plasma collection Kit

Số lô/ *Lot Number*: **146010926**

Chủng loại/ *Type*: **5-PRP KIT**

Mã sản phẩm/ *Product Code*: **146**

Ngày sản xuất: **24/09/2026**
Manufacture Date
Hạn sử dụng: **29/02/2028**
Expiration Date

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM *TEST/METHOD*	TIÊU CHUẨN/*SPECIFICATIONS*		
	Ngưỡng tối thiểu/ *Minimum threshold*	Ngưỡng tối đa/ *Maximum threshold*	Kết quả/ *Results*
Vô trùng/*Sterility*	Âm tính/ *Negative*		Đạt/ *Passed*
Nội độc tố (EU/ml)/ *Endotoxin**	≤1		<0,023 (*Passed*)
Màu sắc/ *Color*	Vàng sáng/ *Ligh Yellow*		Đạt/ *Passed*
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ *Plasma volume*	5	7	Đạt/ *Passed*
Tổng lượng huyết tương thu được/ tube (ml)/ *Total blood volume collected/ tube*	10	11	Đạt/ *Passed*
Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%)/ *Platelet recovery efficiency*	≥70%		Đạt/ *Passed*

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with **

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc*/By order of the Director of Stem Cell Institute*

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department

CN/ BSc. Phan Thi Diem My

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm
Center for Innovation and Pilot Production Manager

VIỆN TẾ BÀO GỐC
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

PGS. TS./ *(Assoc. Prof. Dr.)* ***Vu Bich Ngoc***

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn