BIOTHÉRAPIE
INSTITUT DE MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Tên sản phẩm: Bộ thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu
Product Name: Platelet-Rich Plasma collection tube

Chủng loại/ *Type:* **Biothérapie Pure-PRP Kit**

Mã sản phẩm/ *Product Code*: **800**

Số lô/ *Lot Number*: **800011026**

Ngày sản xuất/ *Manufacture Date*: **01/10/2026**

Hạn sử dụng/ *Shelflife*: **01/08/2028**

THỬ NGHIỆM/ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM *TEST/METHOD*	TIÊU CHUẨN/*SPECIFICATIONS*		
	Ngưỡng tối thiểu/ *Minimum threshold*	Ngưỡng tối đa/ *Maximum threshold*	Kết quả/ *Results*
Vô khuẩn/*Sterility*	Âm tính/ *Negative*		Đạt/ *Passed*
Nội độc tố (EU/ml)/ *Endotoxin**	≤1		<0,023 *(Passed)*
Cảm quan/ *Appearance*	Đạt/ *Passed*		Đạt/ *Passed*
Tổng thể tích máu thu được/ống *Total blood volume collected/ tube (ml)*	10	11	Đạt/ *Passed*
Hiệu suất thu hồi tiểu cầu (%)/ *Platelet recovery efficiency*	≥70%		Đạt/ *Passed*
Thể tích huyết tương thu được/ ống (ml)/ *Plasma volume*	5	7	Đạt/ *Passed*

Phương pháp thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 được đánh dấu (*)
*Test methods compliant with ISO/IEC 17025:2017 standards are marked with **

TL. Viện trưởng Viện Tế bào gốc*/By order of the Director of Stem Cell Institute*

Phòng kiểm tra chất lượng/
Quality Control Department

CN/ *BSc.* ***Phan Thi Diem My***

Trưởng phòng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và sản xuất thực nghiệm
Center for Innovation and Pilot Production Manager

VIỆN TẾ BÀO GỐC
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

PGS. TS. */ Assoc. Prof. Dr.)* ***Vu Bich Ngoc***

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, KP6, P. Linh Xuân, TP.HCM, Việt Nam
B2-3 Buiding, University of Science, Linh Xuan Ward, HCM City
Điện thoại/Telephone: (+84-28) 36 36 12 06, Email: contact@sci.edu.vn